SeptoMatrix Cervical
Transparent matrix for Class V restorations (EN)

SeptoMatrix Cervical is an instrument used for modelling composites in Class V restorations, composed by five different sizes and flexible shell shapes. The matrices provide a perfect subgingival adaptation in the cervical region of the tooth when kept under pressure, besides allowing the visualization and polymerization of the composite due its transparence. The result is an excellent tooth anatomy and reduced time in the procedure.

Use: Select among the five available sizes the one which better adjusts to the tooth to be restored. Adjust the matrix to the instrument.If the cavity has a subgingival extension, promote the gingival retraction. Insert the last layer of composite, compress the matrix against the tooth forcing the composite to flow to incisal / occlusal region. Remove the excesses from the edges of the matrix and polymerize for 10 seconds through the matrix. Remove the matrix and complete the polymerization according to the recommendations of the manufacturer of the composite. Perform the finishing and polishing procedures.
Available in 5 sizes.
Warnings, precautions and restrictions: Professional use. The matrices are for single use only. Its reuse can cause cross contamination. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field.
Sterilization: The instruments are autoclavable (126°C, 147kPa, 16min.). Before sterilization, proceed with the cleaning using water and enzymatic detergent.
Composition: Instruments: Polysulfone. Matrices: Polypropylene.
Storage: To be stored in a cool and dry place, protected from sunlight.
Presentation:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instruments + 10 matrices
0105040017 - SeptoMatrix Cervical - 50 assorted matrices
0105040018 - SeptoMatrix Cervical - 50 extra large matrices
0105040019 - SeptoMatrix Cervical - 50 large matrices
0105040020 - SeptoMatrix Cervical - 50 medium matrices
0105040021 - SeptoMatrix Cervical - 50 small matrices
0105040022 - SeptoMatrix Cervical - 50 extra small matrices

SeptoMatrix Cervical
Matrice transparente pour des restaurations de Classe V (FR)

SeptoMatrix Cervical est un dispositif servant à modeler les matériaux composites en restaurations de Classe V, Possédant la forme d'une coquille et cinq tailles différentes, elle possède une flexibilité suffisante pour s'adapter à la région cervicale de la dent lorsqu'elle est comprimée sur celle-ci, offrant des restaurations d'une excellente autonomie et réduisant le temps de finition. Sa transparence permet une visualisation de la résine et de sa polymérisation.

Usage: Sélectionner parmi les cinq tailles disponibles celle qui s'adapte le mieux au cas clinique, Adapter la matrice sur l'instrument. Si la cavité possède une extension sous-gingivale, effectuer un écartement de la gencive. Insérer la dernière couche de résine, comprimer la matrice contre la cervicale de manière à ce que l'écoulement de l'excès se fasse de manière incisif/occlusif. Éliminer les excès et polymériser pendant 10 secondes: Retirer la matrice et compléter la polymérisation en se conformant aux recommandations du fabricant du composite.
Disponible en 5 formats.
Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Les matrices sont à usage unique. Leur réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants, le produit ne doit pas être utilisé. Nous recommandons que l'utilisation des matrices soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure où des objets libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement.
Stérilisation: Les instruments sont autoclavables (126°C, 147kPa, 16min). Avant la stérilisation faire un nettoyage avec de l'eau et un détergent enzymatique.
Composition: Instruments: Polysulfone, Matrices: Polypropylène,
Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière solaire.
Présentation:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instruments + 10 matrices
0105040017 - SeptoMatrix Cervical refil - 50 unités
0105040018 - SeptoMatrix Cervical refil - extra grandes X 50 unités
0105040019 - SeptoMatrix Cervical refil - grandes X 50 unités
0105040020 - SeptoMatrix Cervical refil - moyennes X 50 unités
0105040021 - SeptoMatrix Cervical refil - petites X 50 unités
0105040022 - SeptoMatrix Cervical refil - extra petites X 50 unités

SeptoMatrix Cervical
Transparente Matrize für Klasse V Restaurationen (DE)

Die SeptoMatrix Cervical ist ein Instrument, welches für das Erstellen eines Modells für Kompositfüllung bei Klasse V Restaurationen verwendet wird, bestehend aus fünf verschiedenen Größen und anpassungsfähigen Halbschalformen. Die Matrizen ermöglichen unter Druck eine perfekte subgingivale Anpassung an die zervikale Region rund um den Zahn, sowie dank der Transparenz eine Visualisierung und Polymerisation der Kompositfüllung. Das Ergebnis ist eine herausragende Zahnanatomie und verkürzte Verfahrensdauer.

Anwendung: Unter den fünf verfügbaren Größen diejenige aussuchen, die am besten zu dem zu restaurierenden Zahn passt. Die Matrize an das Instrument ansetzen. Sollte die Lücke eine subgingivale Extension ausweisen, fördern Sie eine Gingivaretraktion. Fügen Sie die letzte Schicht der Kompositfüllung ein, drücken Sie die Matrize gegen den Zahn, damit die Kompositfüllung in die inzisale und okklusale Region fließt. Entfernen Sie die Überreste von den Rändern der Matrize und polymerisieren Die für 10 Sekunden durch die Matrize. Entnehmen Sie die Matrize und schließen Sie die Polymerisation ab, gemäß den Empfehlungen des Herstellers der Kompositfüllung. Realisieren Sie die Endverarbeitung- und Polierverfahren.
Verfügbar in 5 Größen.
Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Einmalgebrauch. Ihre Wiederverwendung kann zu Kreuzkontaminationen führen. Sollten Informationen zu Allergien gegen eine der Bestandteile vorliegen, darf das Produkt nicht verwendet werden.Die Verwendung des Produkts muss stets mit der absoluten Isolierung der operativen Umgebung einhergehen, da die losen Objekte versehentlich verschluckt oder eingeatmet werden könnten.
Sterilisation: Die Instrumente können per Autoklav- Verfahren sterilisiert werden (126°C, 147kPa, 16min.). Vor der Sterilisation mit Wasser und enzymatischem Reinigungsmittel säubern.
Zusammensetzung: Instrument: Polysulfon, Matrizen: Polypropylen.
Lagerung: Trocken, kühl und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Aufstellung:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 Instrumente + 10 Matrizen
0105040017 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - 50 Einheiten
0105040018 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - extra groß X 50 Einheiten
0105040019 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - groß X 50 Einheiten
0105040020 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - medium X 50 Einheiten
0105040021 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - klein X 50 Einheiten
0105040022 - SeptoMatrix Cervical Nachfüllpackung - extra klein X 50 Einheiten

SeptoMatrix Cervical
Matriz transparente para restauraciones de Clase V (ES)

La SeptoMatrix Cervical es un dispositivo para modelar compuestos en restauraciones Clase V, Sus puntas en forma de concha, disponibles en cinco tamaños diferentes, poseen la flexibilidad suficiente para adaptarse a la región cervical del diente cuando se presiona sobre la mismo, resultando en restauraciones con óptima anatomía, reduciendo el tiempo de procedimiento, Transparente, la matrice posibilita la visualización y polimerización del compuesto, reduciendo el tiempo de acabamiento y pulimento.

Uso: Seleccionar entre los cincos tamaños disponibles el que mejor se adapte al caso en tratamiento . Adaptar la matriz al instrumento, Si la cavidad se extiende a la región subgingival se deberá promover la retracción previamente, Al insertar la última capa de composite, presionar la matriz contra la región cervical del diente desde el cuello en sentido incisal/oclusal. Eliminar los excesos y luego fotopolimerizar por 10 segundos. Eliminar la matriz y completar la fotopolimerización de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto. Realizar los procedimientos de acabado y pulido normalmente.
Disponibles en 5 tamaños.
Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Las matrices son de uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En casos de alergia comprobada a cualquiera de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Se recomienda que la utilización de las matrices esté siempre acompañada de aislamiento absoluto del campo operatorio, ya que los objetos sueltos pueden ser deglutidos o aspirados accidentalmente.
Esterilización: Los instrumentos son esterilizables en autoclave (126°C, 147kPa, 16 min). Antes de la esterilización, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimático.
Composición: Instrumentos: Polisulfona. Matrices: Polipropileno,
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.
Presentación:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumentos + 10 matrices
0105040017 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices surtidas
0105040018 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices extra grande
0105040019 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices grande
0105040020 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices medio
0105040021 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices pequeño
0105040022 - SeptoMatrix Cervical - 50 matrices extra pequeño

SeptoMatrix Cervical
Matrice trasparente per restauri di Classe V (IT)

SeptoMatrix Cervical è uno strumento utilizzato per la modellazione di compositi in restauri di Classe V, composto da cinque diverse dimensioni e forme flessibili d'involucro. Le matrici forniscono un perfetto adattamento sottogengivale nella regione cervicale del dente quando tenuto sotto pressione, oltre a consentire la visualizzazione e la polimerizzazione del composito grazie alla sua trasparenza. Il risultato è un'eccellente anatomia del dente e tempi ridotti nella procedura.

Uso: Tra le cinque taglie disponibili, selezionare quella che meglio si adatta al dente da ripristinare. Regolare la matrice sullo strumento. Se la cavità ha un'estensione sottogengivale, promuovere la retrazione gengivale. Inserire l'ultimo strato di composito, comprimere la matrice contro il dente forzando il composito a scorrere verso la regione incisale / occlusale. Rimuovere gli eccessi dai bordi della matrice e polimerizzare per 10 secondi attraverso la matrice. Rimuovere la matrice e completare la polimerizzazione secondo le raccomandazioni del produttore del composito. Eseguire le procedure di finitura e lucidatura.
Disponibile in 5 dimensioni.
Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Solo per uso professionale. Le matrici sono solo per uso singolo. Il suo riutilizzo può causare contaminazione incrociata. In caso di allergia accertata a uno qualsiasi dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato, Si raccomanda che l'uso delle matrici sia sempre accompagnato dall'isolamento assoluto del campo operativo, dal momento che gli oggetti può essere ingerito o aspirato accidentalmente.
Sterilizzazione: Lo strumento può essere sterilizzato in autoclave a 126°C, 147kPa, 16min. Prima della sterilizzazione, procedere alla pulizia con acqua e detergente enzimatico.
Composizione: Strumenti: Polisulfone, Matrici: Polipropilene,
Conservazione: Deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare.
Presentazione:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 strumenti + 10 matrici
0105040017 - SeptoMatrix Cervical refill - 100 unità assortito
0105040018 - SeptoMatrix Cervical refill - extra grande X 50 unità
0105040019 - SeptoMatrix Cervical refill - grande X 50 unità
0105040020 - SeptoMatrix Cervical refill - media X 50 unità
0105040021 - SeptoMatrix Cervical refill - piccola X 50 unità
0105040022 - SeptoMatrix Cervical refill - extra piccola X 50 unità

SeptoMatrix Cervical
Transparentna kształtka do ubytków klasy V (PL)

Kształtki przyszyjkowe to narzędzia służące do modelowania kompozytów w ubytkach klasy V, Składają się z pięciu transparentnych końcówek różnego kształtu i rozmiaru. Kształtki zapewniają kontrolę wizualną i idealną integrację poddziąsłową kompozytu w obszarze przyszyjkowym zęba poprzez wywieranie delikatnego nacisku podczas polimeryzacji. W rezultacie uzyskuje się uzupełnienie o idealnych właściwościach anatomicznych w skróconym czasie.

Sposób użycia: Należy spośród pięciu dostępnych rozmiarów dobrać końcówkę pasującą najlepiej do danej sytuacji klinicznej. Nałożyć kształtkę na instrument. W przypadku ubytków poddziąsłowych należy wykonać retrakcję dziąsła. Nałożyć ostatnią warstwę kompozytu, a następnie dosunąć kształtkę do zęba w taki sposób, aby nadmiar kompozytu wypłynął w kierunku dokoronowym. Usunąć nadmiar kompozytu znad brzegów kształtki i polimeryzować przez 10 sekund. Zdjąć kształtkę i zakończyć polimeryzację zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Przejść do procedur opracowywania i polerowania wypełnienia.
Dostępne w pięciu rozmiarach.
Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tylko do użytku profesjonalnego, Kształtki wyłącznie jednorazowego użytku. Wielokrotne stosowanie kształtek może nieść ze sobą ryzyko zakażeń krzyżowych. Nie stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na dowolny ze składników produktu. W celu zapobiegania przypadkowemu połknięciu produktu, konieczna jest całkowita izolacja pola zabiegowego.
Sterylizacja: Narzędzia nadają się do sterylizacji w autoklawie (126°C, 147kPa, 16min.). Przed sterylizacją konieczne jest ich oczyszczenie przy pomocy detergentu enzymatycznego i wody.
Skład: Trzonki: polisulfon. Kształtki: polipropylen.
Przechowywanie: Narzędzia powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Postać:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 narzędzia + 10 kształtek
0105040017 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 kształtek
0105040018 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 ekstra dużych kształtek
0105040019 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 dużych kształtek
0105040020 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 średnich kształtek
0105040021 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 małych kształtek
0105040022 - SeptoMatrix Cervical zestaw uzupełniający x 50 ekstra małych kształtek

SeptoMatrix Cervical
Transparentní matrice pro opravy 5. třídy (CS)

SeptoMatrix Cervical je nástroj, používaný k modelování kompozit při opravách 5. třídy, skládá se z pěti různých velikostí a flexibilních tvarů matric. Matrice poskytují výbornou adaptaci míst nacházejících se pod dásní v oblasti kořene zubu, jestliže jsou pod tlakem; kromě toho umožňují díky své transparentnosti vizualizaci a polymeraci kompozitu. Výsledkem je skvělá anatomie zubu a zkrácení doby zákroku.

Použití: Vyberte si z pěti dostupných velikostí tu, která se nejlépe přizpůsobí zubu, který se bude spravovat. Upravte matrici podle nástroje. Pokud je dutina rozšířena do místa pod dásní, proveďte retrakci dásně. Vložte poslední vrstvu kompozitu, přimáčkněte matrici k zubu tak, aby kompozitní materiál zatekl do místa incize/okluze. Odstraňte přebývající materiál z okrajů matrice a proveďte polymerizaci přes matrici po dobu 10 sekund. Sejměte matrici a dokončete polymerizaci v souladu s doporučeními výrobce kompozitního materiálu. Proveďte dokončovací a leštící práce.
K dostání v 5 velikostech.
Výstrahy, preventivní opatření a omezení: Pouze pro použití odborníky. Matrice jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci. Produkt se nesmí používat, pokud byla prokázána alergie na kteroukoliv ze složek. Aby nedošlo k náhodnému spolknutí produktu, je třeba před aplikací provést kompletní izolaci celého operačního pole.
Sterilizace: Nástroje je možno dezinfikovat v autoklávu (126°C, 147kPa, 16 min.). Před sterilizací proveďte čištění pomocí vody a enzymatického detergentu.
Složení: Nástroje: Polysulfon, Matrice: Polypropylen,
Skladování: Uchovávejte na chladném a suchém místě, chraňte před sluncem.
Provedení:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 nástroje + 10 matric
0105040017 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - 50 kusů
0105040018 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - extra velké X 50 kusů
0105040019 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - velké X 50 kusů
0105040020 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - střední X 50 kusů
0105040021 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - malé X 50 kusů
0105040022 - Náhradní náplň SeptoMatrix Cervical - velmi malé X 50 kusů

SeptoMatrix Cervical
Matrice transparentă pentru restaurări de clasa a V-a (RO)

SeptoMatrix Cervical este un instrument folosit pentru modelarea materialelor compozite în restaurări de clasa a V-a, fiind realizată în cinci dimensiuni diferite şi cu forme flexibile. Matricea oferă o adaptare subgingivală perfectă în regiunea cervicală a dintelui atunci când este ţinută sub presiune, pe lângă faptul că permite vizualizarea şi polimerizarea materialului compozit datorită transparenţei sale. Rezultatul este o anatomie excelentă a dinţelui şi un timp redus al procedurii.

Utilizare: Selectaţi dintre cele 5 dimensiuni disponibile pe cea care este cel mai bine adaptată la dintele care trebuie restaurat. Ajustaţi matricea la instrument. În cazul în care cavitatea prezintă o extensie subgingivală, promovaţi retragerea gingivală. Introduceţi ultimul strat al materialului compozit, comprimaţi matricea împotriva dinţelui forţând materialul compozit să curgă în regiunea incisivă/ocluzală. Îndepărtaţi excesul de la marginile matricei şi polimerizaţi timp de 10 secunde prin matrice. Îndepărtaţi matricea şi completaţi polimerizarea conform recomandărilor fabricantului de material compozit. Efectuaţi procedurile de finisare şi lustruire.
Disponibile în 5 dimensiuni.
Avertismente, precauţii şi restricţii: Numai pentru uz profesional. Matricele sunt exclusiv de unică folosinţă. Reutilizarea poate cauza contaminarea încrucişată. Dacă se cunoaşte existenţa unei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat. Pentru a evita înghiţirea accidentală a acestui produs, este necesară aplicarea unei tehnici de izolare totală a câmpului operator.
Sterilizare: Instrumentele se pot dezinfecta în autoclav (126 °C, 147 kPa, 16 min.). Înainte de sterilizare, curăţaţi cu apă şi detergent enzimatic.
Compoziţie: Instrumente: Polisulfonă. Matrice: Polipropilenă.
Depozitare: A se depozita într-un loc uscat şi răcoros, ferit de lumina soarelui.
Prezentare:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumente + 10 matrice
0105040017 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical - 50 de bucăţi
0105040018 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical - extra-mare, 50 de bucăţi
0105040019 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical – mare, 50 de bucăţi
0105040020 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical – medie, 50 de bucăţi
0105040021 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical – mică, 50 de bucăţi
0105040022 - Rezervă de SeptoMatrix Cervical - extra-mică, 50 de bucăţi

SeptoMatrix Cervical
Прозрачна матрица за възстановяване Клас V (BG)

SeptoMatrix Cervical е инструмент използван за моделиране на композитни възстановявания Клас V, налични в пет различни размера и гъвкави формати. Матриците осигуряват перфектна адаптация под венците в цервикалния район на зъба при натиск, тъй като са прозрачни, те също осигуряват видимост и полимеризация на композита. Резултатът е отлична зъбна анатомия и съкъсено време за процедурата.

Употреба: От петте налични размера, изберете този, който се фиксира най-добре към зъба, който трябва да се реставрира. Фиксирайте матрицата на инструмента. Ако кухината продължава до района под венците, отдръпнете венците. Вмъкнете последния пласт от композита, натиснете матрицата към зъба като принудите композита да потече към инцизалния /оклузалния район. Отстранете излишъка от ръбовете на матрицата и полимеризирайте за 10 секунди през матрицата. Отстранете матрицата и завършете полимеризацията според препоръките на производителя на композита. Реализирайте завършващи и полиращи процедури.
Налична в 5 размера.
Предупреждения, предпазни мерки и ограничения: Само за професионална употреба. Матрицата са само за еднократна употреба. Повторна употреба може да доведе до кръстосано заразяване. Продуктът не трябва да се използва за пациенти, които показват алергични реакции към някой от неговите компоненти. За да избегнете случайно гълтане на продукта е необходимо да използвате техника на пълна изолация на операционното поле.
Стерилизация: Инструментът може да бъде стерилизиран в автоклав при 126°C, 147kPa, 16min. Преди стерилизация, почистете с вода и ензимен почистващ препарат.
Състав: Инструменти: Полисулфон. Матрици: Полипропилен.
Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветрено място, защитено от слънчева светлина.
Представяне:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 инструмента + 10 матрици
0105040017 - SeptoMatrix Cervical пълнител - 100 бройки
0105040018 - SeptoMatrix Cervical пълнител - екстра малки X 50 бройки
0105040019 - SeptoMatrix Cervical пълнител - малки X 50 бройки
0105040020 - SeptoMatrix Cervical пълнител - средни X 50 бройки
0105040021 - SeptoMatrix Cervical пълнител - големи X 50 бройки
0105040022 - SeptoMatrix Cervical пълнител - екстра големи X 50 бройки

SeptoMatrix Cervical
Átlátszó matrica V, osztályú tömésekhez (HU)

A SeptoMatrix Cervical egy kompozitok formázására alkalmas, V, osztályú tömések készítésekor használható eszköz, amelyre öt különböző méretben kapható rugalmas héj illeszthető. Megfelelő nyomás gyakorlásával a matricák tökéletesen adaptálhatók a fognyaknál az íny alatti területekhez. Áttetszőek, ezért lehetővé teszik a vizuális kontrollt és a polimerizálást is. Eredményként kiváló anatómiai forma érhető el, a kezelési időtartam rövidüléséével.

Használat: Válassza ki a rendelkezésre álló méretek közül azt, amelyik a legjobban igazodik a helyreállítandó foghoz. Illessze fel a matricát az eszközre. Ha az üreg subgingivális kiterjedésű, segítse elő a fogíny visszahúzódását. Helyezze be az utolsó réteg kompozitot, majd nyomja rá a matricát a fogra, arra kényszerítve ezzel a kompozitot, hogy az elmozduljon az inciális/okklúzális területek felé. Távolítsa el a matrica széleinél túlcsordult anyagot, majd polimerizáljon 10 másodpercig a matricán keresztül. Távolítsa el a matricát, majd fejezze be a polimerizálást a kompozit anyag gyártója által javasolt eljárásnak megfelelően. Végezze el a finírozást és polírozást.
5 méretben kapható.
Figyelmeztetések, óvintézkedések és korlátozások: Kizárólag rendelői használatra, A matricák csak egyszer használatosak. Újrafelhasználása keresztfertőzést okozhat. Az alkotóelemek bármelyikére allergiás páciensek nél ezen termék nem alkalmazható. A termék véletlen lenyelésének elkerüléséhez teljes izolálást szükséges alkalmazni a munkaterületen.
Sterilizálást: Az eszköz autoklávban sterilizálható 126 °C-on, 147 kPa-on 16 percig. Sterilizálás előtt tisztítsa meg vízzel és enzimes mosószerrel.
Termék-összetételenkénti: Eszközök: poliszulfon. Matricák: polipropilén.
Tárolás: Száraz, szellős, napfénytől védett helyen tárolandó.
Termékbemutatók:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical – 2 eszköz + 10 matrica
0105040017 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - 100 db
0105040018 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - extra kicsi X 50 db
0105040019 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - kicsi X 50 db
0105040020 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - közepes X 50 db
0105040021 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - nagy X 50 db
0105040022 - SeptoMatrix Cervical utántöltő - extra nagy X 50 db

SeptoMatrix Cervical
Transparentná matrica na opravy 5. triedy (SK)

SeptoMatrix Cervical je nástroj, používaný pri modelovaní kompozitných materiálov pri opravách triedy V, skladá sa z piatich rôznych veľkostí a flexibilných tvarov matric. Matrice poskytujú výbornú adaptáciu miest nachádzajúcich sa pod dásnom v oblasti koreňa zuba, ak sú pod tlakom; okrem toho umožňujú vďaka svojej transparentnosti vizualizáciu a polymerizáciu kompozitu. Výsledkom je skvelá anatómia zuba a skrátenie času zákroku.

Použitie: Vyberte si z piatich dostupných veľkostí tu, ktorá sa najlepšie prispôsobí zubu, ktorý sa bude opravovať. Upravte matricu podľa nástroja. Pokiaľ je kavita rozšírená do miesta pod dásnom, vykonajte retrakciu dásna. Vložte poslednú vrstvu kompozitného materiálu, stlačte matricu smerom k zubu a nechajte kompozit zatiecť do inciálnej/oklúznej oblasti. Odstráňte prebytočný materiál z okrajov matrice a vykonajte polymerizáciu cez matricu počas 10 sekúnd. Snímte matricu a dokončite polymerizáciu v súlade s odporúčaniami výrobcu kompozitného materiálu. Vykonajte dokončovacie a leštiace práce.
K dispozícii v 5 veľkostiach.
Výstrahy, preventívne opatrenia a obmedzenia: Iba na použitie odborníkmi. Matrice sú určené iba na jednorazové použitie. Opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu. Produkt sa nesmie používať u pacientov, ktorí majú alergické reakcie na ktorúkoľvek zo zložiek. Aby nedošlo k náhodnému prehltnutiu produktu, je potrebné pred aplikáciou vykonať kompletnú izoláciu celého operačného poľa.
Sterilizácia: Nástroj je možné sterilizovať v autoklave pri 126 °C, 147 kPa počas 16 min. Pred sterilizáciou vykonajte čistenie pomocou vody a enzymatického detergentu.
Zloženie: Nástroje: Polysulfon, Matrice: Polypropylén,
Skladovanie: Uchovávajte na suchom a vetranom mieste, chráňte pred slnkom.
Vyhotovenie:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical – 2 nástroje + 10 matríc
0105040017 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - 100 kusov
0105040018 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - extra malé × 50 kusov
0105040019 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - malé × 50 kusov
0105040020 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - stredné × 50 kusov
0105040021 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - veľké × 50 kusov
0105040022 - SeptoMatrix Cervical náhradná náplň - extra veľké × 50 kusov

Sulfite 63g/m²
180x210mm ---- 5 vincos de dobra
Impressão 1x1 ■ C= 0 M= 0 Y= 0 K= 100

SeptoMatrix Cervical
Transparatie matrix voor restauraties van klasse V (NL)

SeptoMatrix Cervical is een apparaat dat gebruikt zal worden voor modellering composieten in klasse V restauraties, samengesteld door 5 verschillende maten en felxibele schelp vormen. De matrices zorgen voor een perfecte aanpassing in het cervicale gebied van de tand wanneer deze onder druk word gehouden. Ook geldend voor het toestaan van de visualisatie en polymerisatie van de composiet vanwege de transparantie. Het resultaat is een uiltstekende tand anatomie en een kortere procedure.

Gebruik: Selecteer 1 van de 5 beschikbare maten die het best past bij de tand om deze te herstellen. Pas de matrijs aan, aan het instrument. Als de holte een uitbreiding heeft raden we de gingivale intrekking aan. Plaats de laatste laag van de composiet, de matrix te comprimeren tegen de tand dwingt de composiet te stromen naar incisie/occlusale regio. Verwijder de excessen van de randen van de matrix en polymeriseer voor 10 seconden door de matrix. Verwijder de matrijs en voltooi de polymerisatie volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het composiet. Voer de afwerking en polijst procedures uit.
Verkrijgbaar in 5 maten.
Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Alleen voor professioneel gebruik. De matrijzen kunnen maar 1 keer gebruikt worden. Als er een bewezen allergie van komt, mag het product niet gebruikt worden. Het wordt aanbevolen dat het gebruik van de matrices altijd gepaard gaat met absolute isolatie van het operatieveld, omdat losse voorwerpen kunnen worden ingeslikt of per ongeluk worden opgezogen.
Sterilisatie: Het apparaat kan worden gesterilliseerd door een autoclaat bij 126 °C, 147kPa, 16min. Vóór sterilisatie verder met de reiniging met behulp van water en een anzymatisch wasmiddel.
Samenstelling: Instrumenten: Polysulfon. Matrijs: Polypropyleen.
Bewaren: Bewaren moet in droge en opgeborgen plekken waar geen zonlicht kan komen.
Presentatie:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical – 2 instrumenten + 10 matrijsen
0105040017 - SeptoMatrix Cervical refill – 100 stuks
0105040018 - SeptoMatrix Cervical refill – extra klein X 50 stuks
0105040019 - SeptoMatrix Cervical refill – klein X 50 stuks
0105040020 - SeptoMatrix Cervical refill – middel X 50 stuks
0105040021 - SeptoMatrix Cervical refill – groot X 50 stuks
0105040022 - SeptoMatrix Cervical refill – extra groot X 50 stuks

SeptoMatrix Cervical
Matriz transparente para restaurações de Classe V (PT)

SeptoMatrix Cervical é um dispositivo para modelar compósitos em restaurações Classe V, Suas pontas em formato de concha, disponíveis em cincotamanhos diferentes, possuem flexibilidade suficiente para se adaptar à região cervical do dente quando comprimida sobre o mesmo, resultando em restaurações com ótima anatomia, reduzindo o tempo de procedimento. Transparente, a SeptoMatrix Cervical possibilita avisualização e polimerização do compósito, reduzindo o tempo de acabamento e polimento.

Uso: Selecionar dentre os cincos tamanhos disponíveis o que melhor se adaptar ao caso. Adaptar a matriz ao instrumento. Se a cavidade tiver extensão subgengival, promover afastamento da gengiva. Ao inserir a última camada de resina, comprimir a matriz contra a região cervical do dente de maneira que o escoamento do excesso seja para incisal / oclusal. Remover os excessos e polimerizar por 10 segundos. Remover a matriz e completar a polimerização de acordo com o recomendado pelo fabricante do compósito, Realizar os procedimentos de acabamento e polimento normalmente.
Disponível em 5 tamanhos.
Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. As matrizes são de uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Em casos de alergia comprovada a qualquer um de seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Recomenda-se que o uso das matrizes seja sempre acompanhado pelo isolamento absoluto do campo operatório, pois objetos soltos podem ser engolidos ou aspirados acidentalmente.
Esterilização: Os instrumentos são esterilizáveis em autoclave (126°C, 147kPa, 16min). Antes da esterilização, realizar a limpeza com auxílio de água e detergente enzimático.
Composição: Instrumentos: Polisulfona. Matrizes: Polipropileno.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.
Apresentação:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical – 2 instrumentos + 10 matrizes
0105040017 - SeptoMatrix Cervical refil – 100 unid. sortidas
0105040018 - SeptoMatrix Cervical refil – extra grande X 50 unid.
0105040019 - SeptoMatrix Cervical refil – grande X 50 unid.
0105040020 - SeptoMatrix Cervical refil – média X 50 unid.
0105040021 - SeptoMatrix Cervical refil – pequena X 50 unid.
0105040022 - SeptoMatrix Cervical refil – extra pequena X 50 unid.

SeptoMatrix Cervical
Прозрачная матрица для реставраций V класса (RU)

SeptoMatrix Cervical - это инструмент, используемый для моделирования композитных реставраций при реставрациях по V класса, состоящий из пяти различных размеров и гибкой оболочки формы. Матрицы обеспечивают идеальную поддесневую адаптацию в пришеечной области зуба при давлении на нее, кроме того обеспечивают хорошую визуализацию рабочего поля и качественную полимеризацию за счет прозрачности. Результатом является превосходная анатомия зуба и сокращение времени на реставрацию.

Указание на использование: Выберите наиболее подходящий размер в соответствии с реставрируемым зубом. Установите матрицу на инструмент. Если полость располагается ниже края десны, выполните ретракцию десны. После наложения последнего слоя композита прижмите матрицу к зубу, так, чтобы композит потек к резцовому / прикусному региону. Снимите излишки с краев матрицы и выполните полимеризацию через матрицу в течение 10 секунд. Уберите матрицу и завершите полимеризацию в соответствии с рекомендациями производителя композита. Выполните шлифовку и полировку.
Доступно 5 размеров.
Предупреждения, меры предосторожности и ограничения: Только для профессионального применения. Матрицы можно использовать только один раз. Повторное использование может привести к перекрестному заражению. Запрещено использовать продукт в случае аллергии на любой из компонентов. Чтобы избежать случайного проглатывания изделия, необходимо выполнить полную изоляцию операционного поля.
Стерилизация: Инструмент можно стерилизовать в автокаве при 126 °C, 147 кПа, 16 минут. Перед стерилизацией выполните очистку с использованием воды и ферментного моющего средства.
Состав: Инструменты: Полисульфон. Матрицы: Полипропилен.
Хранения: Хранить в сухом проветриваемом месте вне попадания солнечных лучей.
Варианты:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 инструмента + 10 матриц
0105040017 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект - 100 штук
0105040018 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект – ультра малые X 50 штук
0105040019 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект – малые X 50 штук
0105040020 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект – средние X 50 штук
0105040021 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект – большие X 50 штук
0105040022 - SeptoMatrix Cervical дополнительный комплект – ультра большие X 50 штук

SeptoMatrix Cervical
Prozirna matrica za restauracije klase V (HR)

SeptoMatrix Cervical instrument je koji služi za modeliranje kompozitnih materijala kod restauracija klase V, a sastoji se od pet različitih veličina i fleksibilnih školjkastih oblika. Matrice omogućavaju savršenu prilagodbu ispod desni, na najužem dijelu zuba kad zadržite pritisak te omogućavaju vizualizaciju i polimerizaciju kompozita zbog svoje prozirnosti. Rezultat je izvrsna anatomija zuba i skraćeno vrijeme postupka.

Kako koristiti: Od pet dostupnih veličina odaberite onu koja se najbolje prilagođava zubu za restauraciju. Prilagodite matricu instrumentu. Ako kavitet ima proširenje ispod gingive, osigurajte retrakciju gingive. Umetnite zadnji sloj kompozita i pritisnite matricu na zub tako da osigurate protok kompozita u područje kaviteta / okluzalno područje. Uklonite viškove s rubova matrice i polimerizirajte matricu 10 sekundi. Uklonite matricu i dovršite polimerizaciju u skladu s preporukama proizvođača kompozita. Izvršite postupke završne obrade i poliranja.
Dostupno u 5 veličina.
Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Matrice služe za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije. U slučaju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod. Kako biste izbjegli nehotično gutanje proizvoda, nužno je u potpunosti izolirati operativno polje.
Sterilizacija: Instrument možete sterilizirati parom pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prije sterilizacije predmet očistite pomoću vode i enzimskog deterdženta.
Sastav: Instrumenti: Polisulfon. Matrice: Polipropilen.
Skladištenje: Skladište na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunčeve svjetlosti.

Varijacije proizvoda:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenta + 10 matrica
0105040017 - SeptoMatrix Cervical - dopuna 50 komada
0105040018 - SeptoMatrix Cervical - jako velike X 50 komada
0105040019 - SeptoMatrix Cervical - velike X 50 komada
0105040020 - SeptoMatrix Cervical - srednje velike X 50 komada
0105040021 - SeptoMatrix Cervical - male X 50 komada
0105040022 - SeptoMatrix Cervical - izimmno male X 50 komada

SeptoMatrix Cervical
Prozorna matrica za rekonstrukcije razreda V (SL)

SeptoMatrix Cervical je instrument za modeliranje kompozitnih materialov pri rekonstrukcijah razreda V v petih različnih velikostih in s prilagodljivo obliko lupine, Ko so matrice pod pritiskom, zagotavljajo popolno subgingivalno prilagoditev v cervikalnem predelu zoba, poleg tega pa zaradi svoje prozornosti omogočajo pregled in polimerizacijo kompozitnega materiala, Rezultat je odlična anatomska oblika zoba in krajši čas izvedbe postopka.

Kako uporabiti: Med petimi različnimi velikostmi izberite tisto, ki se najbolje prilega rekonstruiranemu zobu. Prilagodite matrico instrumentu. Če se kaviteta nadaljuje v subgingivalni predel, odmaknite dlesen. Vstavite zadnjo plast kompozitnega materiala, pritisnite matrico na zob in tako iztisnite kompozitni material v incizalni/okluzalni predel. Odstranite presežke z robov matrice in polimerizirajte deset sekund skozi matrico. Odstranite matrico in dokončajte polimerizacijo v skladu s priporočili proizvajalca kompozitnega materiala. Izvedite postopke zaključne obdelave in poliranja.
Na voljo v petih velikostih.
Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Matrice so namenjene za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri pacientih z alergijskimi reakcijami na katero koli od njegovih sestavin. Da pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popolne izolacije delovnega polja.
Sterilizacija: Instrument je primeren za sterilizacijo v avtoklavu pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Pred sterilizacijo ga očistite z vodo in detergentom, ki vsebuje encime.
Sestava: Instrumenti: polisulfon. Matrice: polipropilen.
Skladiščenje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo.
Različice izdelkov.
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenta + 10 matric
0105040017 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - 100 kosov
0105040018 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - zelo velike X 50 kosov
0105040019 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - velike X 50 kosov
0105040020 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - srednje X 50 kosov
0105040021 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - majhne X 50 kosov
0105040022 - SeptoMatrix Cervical dodatne matrice - zelo majhne X 50 kosov

SeptoMatrix Cervical
Caurspidīga matrica V klases restaurācijām (LV)

SeptoMatrix Cervical ir instruments, ko izmanto kompozītmateriālu modelēšanai V klases restaurācijās; tam ir elastīgas piecu dažādu lieluma un formu veidnes. Atrodoties zem spiediena, matricas nevainojami veic zemsmaganu adaptācijas funkciju zoba kakliņa reģionā, turklāt tās ir caurspīdīgas un ļaujas redzēt redzamību un kompozītmateriāla polimerizēšanas iespēju. Rezultāta tiek izveidota precīza zoba anatomija un samazināts procedūrai nepieciešamais laiks.

Lietošana: No pieciem lieluma izvēlieties to, kurš restaurējamajam zobam ir vispiemērotākais. Uzstādiet matricu uz instrumenta. Ja daļa kavitātes ir zem smaganām, veiciet smaganu retrakciju. Ieklājiet pēdējo kompozītmateriāla kārtu un piespiediet matricu pie zoba, lai kompozītmateriālu virzītu uz okluzālo virsmu. Noņemiet parpalikumus no matricas malām un 10 sekundes polimerizējiet caur matricu. Noņemiet matricu un pabeidziet polimerizāciju, ievērojot kompozītmateriāla ražotāja ieteikumus. Veiciet pēcapstrādi un pulēšanu.
Pieejami 5 lielumi.
Brīdinājumi, piesardzības pasākumi un ierobežojumi: Tikai profesionālai lietošanai. Matrica paredzēta vienreizējai lietošanai. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpējo piesārņojumu. Ja ir zināms par alerģiju pret kādu no sastāvdaļām, izstrādājumu nedrīkst lietot. Lai izstrādājums nejauši netiktu norīts, operācijas laukam jānodrošina pilnīga izolācija.
Sterilizācija: Instrumentu var sterilizēt autoklāvā pie 126°C, 147 kPa, 16min. Pirms sterilizācijas veiciet tīrīšanu ar ūdeni un fermentatīvu mazgāšanas līdzekli.
Sastāvs: Instrumenti: polisulfons. Matrices: polipropilēns.
Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, ārpus saules gaismas.
Izskats:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenti + 10 matrices
0105040017 - SeptoMatrix Cervical rezerve - papildeksemplāri - 100 gab.
0105040018 - SeptoMatrix Cervical rezerve - papildeksemplāri - sevišķi liela Xlieli, 50 gab.
0105040019 - SeptoMatrix Cervical rezerve - liela Xpapildeksemplāri - lieli, 50 gab.
0105040020 - SeptoMatrix Cervical rezerve - vidēja Xpapildeksemplāri - vidēji, 50 gab.
0105040021 - SeptoMatrix Cervical rezerve - mazā Xpapildeksemplāri - mazi, 50 gab.
0105040022 - SeptoMatrix Cervical rezerve - papildeksemplāri - sevišķi mazā Xmazi, 50 gab.

SeptoMatrix Cervical
Läbipaistev matriits V klassi taastustöödeks (ET)

SeptoMatrix Cervical on instrument, mida kasutatakse kompositiite modelleerimiseks V klassi taastustöödes ja mis koosneb viiest eri suurusega ja painduvast kestakujust. Matriitsid tagavad surve all hoituna täiusliku subgingivaalse kohale sobitumise hambakaela piirkonnas, lisaks sellele, et need võimaldavad läbi läbipaistvusele kompositiii näha ja selle kõvastumist. Tulemus on suurepärane hamba anatoomia ja lühem protseduuri aeg.

Kuidas kasutada: Valige viie saadaval oleva suuruse hulgast selline, mis sobib parandatavale hambale kõige paremini, Seadke matriits instrumendile, Kui kaviteet on laienenud subgingivaalselt, tuleb teha igemete retraktsioon. Sisestage viimane kiht komposiiti, suruge matriits vastu hammast, nii et komposiit valgub intsisiooni / okklusioonipiirkonda. Eemaldage liigne materjal matriitsi servadelt ja kõvastage 10 sekundit läbi matriitsi. Eemaldage matriits ja viige kõvastamine lõpule vastavalt kompositiidi tootja soovitustele. Tehke viimistlus- ja poleerimisprotseduurid.
Saadaval 5 suurustes.
Hoiatused, ettevaatusabinõud ja piirangud: Ainult erialaseks kasutuseks. Matriitsid on ainult ühekordseks kasutuseks. Korduskasutamine võib põhjustada ristsaastumist. Kui on tõendatud allergia mõne koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada. Toote juhusliku allaneelamise vältimiseks tuleb kasutada töövälja täieliku isoleerimise tehnikat.
Sterilliseerimine: Instrumenti võib autoklaavis sterilliseerida temperatuuril 126°C, rõhul 147kPa, 16 min. Enne sterilliseerimist toode puhastada vee ja ensümaatilise puhastusvahendiga.
Koostis: Instrumendid: polüsulfoon, Matriitsid: polüpropüleen.
Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitsult päikesevalguse eest.
Tootevariandid:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenti + 10 matriitsi
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenti + 10 matriitsi
0105040017 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - 100 ühikut
0105040018 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - ekstrasuur X 50 ühikut
0105040019 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - suur X 50 ühikut
0105040020 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - keskmine X 50 ühikut
0105040021 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - väike X 50 ühikut
0105040022 - SeptoMatrix Cervical täitekogus - ekstraväike X 50 ühikut

SeptoMatrix Cervical
Skaidri V klasės restauravimo matrica (LT)

SeptoMatrix Cervical yra modeliuoti V klasės restauravimo kompozitu naudojamas instrumentas, esantis penkių skirtingų dydžių ir lankščių apvalkalo formų. Dėl matricų užtikrinamas puikus subgingivalinis prisitaikymas prie danties kaklelio srities, jį spaudžiant, be to, leidžia vizualizuoti ir polimerizuoti kompozitą dėl jo permatomumo. Rezultatas – puiki dantų anatomija ir sutrumpėjęs procedūros laikas.

Naudojimas: Pasirinkite iš penkių turimų dydžių tokį, kurį bus galima geriausiai pritaikyti restauruojamam dančiui. Pritaisykite matricą prie instrumento. Jei ertmė turi subgingivalinį paitgejimą, atitraukite dantenas. Uždėkite paskutinį kompozito sluoksnį, prispauskite matricą prie danties, kad kompozitas suteikių į inciziną ar okliuzinę sritį. Pašalinkite perteklių nuo matricos kraštų ir polimerizuokite 10 sekundžių per matricą. Nuimkite matricą ir baikite polimerizuoti sekdami kompozito gamintojo nurodymus. Nudailinkite ir nupoliruokite.
Yra 5 dydžių.
Įspėjimai, atsargumo priemonės ir apribojimai: Tik profesionaliam naudojimui, Matricos skirtos tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sąlygoti kryžminį užkrėtimą. Pasireiškus alergijai vienai iš sudedamųjų dalių, gaminys negali būti naudojamas. Siekiant išvengti netyčinio šio gaminio nurijimo, būtina taikyti pilno operacinės zonos izoliavimo techniką.
Sterilizavimas: Instrumentas gali būti sterilizuojamas autoklavu 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prieš sterilizuojant išplauti vandeniu ir enziminiu valikliu.
Sudėtis: Instrumentai: Polisulfonas. Matricos: Polipropilenas.
Laikymas: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo saulės spindulių.
Pateikimas:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumentai + 10 matricų
0105040017 - SeptoMatrix Cervical papildymas - 100 vienetų
0105040018 - SeptoMatrix Cervical papildymas - ypač didelį po 50 vienetų
0105040019 - SeptoMatrix Cervical papildymas - didelį po 50 vienetų
0105040020 - SeptoMatrix Cervical papildymas - vidutinį po 50 vienetų
0105040021 - SeptoMatrix Cervical papildymas - mažį po 50 vienetų
0105040022 - SeptoMatrix Cervical papildymas - ypač mažį po 50 vienetų

SeptoMatrix Cervical
Διαφανές τεχνητό τοίχωμα για αποκαταστάσεις κλάσης V (EL)

Το SeptoMatrix Cervical είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ρητινών σε αποκαταστάσεις κλάσης V, διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μεγέθη και ευέλικτα σχήματα κελύφους. Τα τεχνητά τοιχώματα εξασφαλίζουν τέλεια υπουλική προσαρμογή στην αυχενική περιοχή του δοντιού όταν τους εφαρμόζεται πίεση. Επίσης, καθιστά δυνατή την οπτικοποίηση και τον πολυμερισμό της ρητίνης χάρη στη διαφάνειά του. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική ανατομία των δοντιών και μειωμένος χρόνος επέμβασης.

Χρήση: Επιλέξτε μεταξύ των πέντε διαθέσιμων μεγεθών εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στο δόντι προς αποκατάσταση. Προσαρμόστε το τεχνητό τοίχωμα στο όργανο. Εάν η κοιλότητα έχει υπουλική επέκταση, εξωθήστε την απώθηση των ούλων. Τοποθετήστε το τελευταίο στρώμα ρητίνης, συμπιέστε το τεχνητό τοίχωμα έναντι του δοντιού αναγκάζοντας τη ρητίνη να ρέει προς την κοπτική/μασητική περιοχή. Αφαιρέστε την περίσσεια από τα άκρα του τεχνητού τοιχώματος και πολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα μέσω του τεχνητού τοιχώματος. Αφαιρέστε το τεχνητό τοίχωμα και ολοκληρώστε τον πολυμερισμό σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της ρητίνης. Εκτελέστε τις διαδικασίες φινίρισματος και στίλβωσης.
Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη.
Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και περιορισμοί: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Τα τεχνητά τοιχώματα προορίζονται για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση. Αν υπάρχει αποδεδειγμένη αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η χρήση πάνελ συνιστάται πάντοτε για να αποφευχθεί τυχαία κατάποση του προϊόντος, απαιτείται πλήρης τεχνική απομόνωσης πεδίου.
Αποστείρωση: Το όργανο μπορεί να αποστειρωθεί με αυτόκλειστο σε 126° C, 147kPa, 16 λεπτά. Πριν από την αποστείρωση, προχωρήστε με τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας νερό και ενζυματικό απορρυπαντικό.
Σύνθεση: Όργανα: Πολυσουλφόνη. Τεχνητά τοιχώματα: Πολυπροπυλένιο.
Φύλαξη: Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος και να προστατεύεται από το φως.
Παρουσίαση:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 όργανα + 10 μήτρες
0105040017 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - 100 μονάδες
0105040018 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - πολύ μεγάλο X 50 μονάδες
0105040019 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - μεγάλο X 50 μονάδες
0105040020 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - μεσαίο X 50 μονάδες
0105040021 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - μικρό X 50 μονάδες
0105040022 - SeptoMatrix Cervical ανταλλακτικό - υπέρλεπτο X 50 μονάδες

SeptoMatrix Cervical
Transparentna matrica za restauracije klase V (SR)

SeptoMatrix Cervical je instrument koji se koristi za modelovanje kompozita u restauracijama klase V, sastavljen od pet različitih veličina i fleksibilnih oblika školjki. Matrice omogućavaju savršenu subgingivalnu adaptaciju u cervikalnom području zuba kada se drži pod pritiskom, i zahvaljujući svojoj transparentnosti omogućava vizualizaciju i polimerizaciju kompozita. Rezultat je izuzetna anatomija zuba i skraćeno trajanje postupka.

Како се користи: Izaberite od pet dostupnih veličina jednu koja najviše odgovara zubu koji se restaurira, Prilagodite matricu instrumentu, Ako šupljina ima subgingivalni produžetak, izvedite povlačenje gingive. Stavite poslednji sloj kompozita, pritisnite matricu prema zubu i naterajte kompozit da uđe u incizalno/okluzalno područje. Uklonite viškove sa ivica matrice i polimerizujte 10 sekundi kroz matricu. Uklonite matricu i završite polimerizaciju u skladu sa preporukama proizvođača kompozita. Izvršite postupke završne obrade i poliranja.
Dostupno u 5 veličina.
Упозорења, упозорење и ограничења: Samo za profesionalnu upotrebu. Matrice su samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba može da izazove unakrsnu kontaminaciju. Proizvod se ne sme koristiti ako postoji dokazana alergija na bilo koju od njegovih komponenata. Da bi se izbeglo slučajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehniku potpune izolacije operativnog polja.
Стерилизација: Proizvod je za jednokratnu upotrebu, ali profesionalci mogu da se odluče da ga sterišu pre upotrebe, Pre sterilizacije očistite vodom i enzimskim deterdžentom. Sterišite u autoklavu (126°C, 147 kPa, 16 min).
Састав: Instrumenti: Polisulfon, Matrice: Polipropilen.
Складиште: Čuvati na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti.
Варијанте производа:
0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumenta + 10 matrica
0105040017 - SeptoMatrix Cervical dopuna - 100 jedinica
0105040018 - SeptoMatrix Cervical refill - ekstra mala X 50 jedinica
0105040019 - SeptoMatrix Cervical refill - mala X 50 jedinica
0105040020 - SeptoMatrix Cervical refill - srednja X 50 jedinica
0105040021 - SeptoMatrix Cervical refill - velika X 50 jedinica
0105040022 - SeptoMatrix Cervical refill - ekstra velika X 50 jedinica

Manufacturer:
TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944
CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
55 47 3395-6115

Distributed in USA by:
SEPTODONT, Inc
Lancaster, PA 17601 - USA

Distributed in Canada by:
SEPTODONT - Cambridge,
ON N1R 6X3 - Canada

EC REP
Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net

ISO 13485

Version 04-01/2020

septodont